

Universitätsmedizin Rostock · PF 10 08 88 · 18055 Rostock

Einsenderinformation

**Institut für Klinische Chemie und
Laboratoriumsmedizin
- Zentrallaboratorium -**

Leiter (komm.):
Dr. med. Christine Burstein

Ernst-Heydemann-Straße 6
18057 Rostock

Telefon: +49 381 494-7671
Telefax: +49 381 494-7672

eMail : labor@med.uni-rostock.de

17. Oktober 2016

Blutentnahme zur Diagnostik von Metallanalytik/Spurenelementen

Um mögliche Fremdeinflüsse bei der Blutentnahme zur Diagnostik von Metallanalytik/Spurenelementen zu vermeiden, empfehlen wir unseren Einsendern immer die Metallanalytik Kanüle in Verbindung mit der Metallanalytik Monovette einzusetzen. Da selbst kleinste Verunreinigungen mit in die Ergebnisse einfließen, sollte die Präanalytik für diesen sensiblen Bereich unbedingt beachtet werden.

Produktbeschreibung:

Safety-Kanüle für S-Monovette® Metallanalytik, 21G x 1 1/2
Bestellnummer: 85.1162.600



S-Monovette® 7,5 ml, Lithium-Heparin flüssig (Metall-Analytik), 92x15 mm, orange
EU/US-Code,
Bestellnummer: 01.1604.400



Mit freundlichen Grüßen
Ihr Zentrallabor