INSTAND

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 24.11.2023

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Virusimmunologie - Hepatitis-B-Virus Programm 1 (HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc) (344):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

HBsAg (qualitativ) (R: B3)
HBsAg (qualitativ und Angabe in IU/ml) (R: B3)
HBsAg (Bestätigungstest) (R: B3)
Anti-HBs (R: B2)
Anti-HBc (R: B2)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10030233
Universitätsmedizin Rostock
Institut f. Klin.Chemie und Labor.-Medizin Rostock
MVZ der UMR - Praxis für Laboratoriumsmedizin
Ernst-Heydemann Str. 6
18057 Rostock

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-EP-15027-02-00

Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e.V. INSTAND Qualitätskontrolle und Ringversuch DÜSSELDORF

Düsseldorf, 21.12.2023

Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Dr. med. Martin Obermeier
(Ringversuchsleiter)

05.01.24

INSTAND

Auflistung und Bewertung der Ergebnisse

10030233: Universitätsmedizin Rostock
Institut f. Klin.Chemie und Labor.-Medizin Rostock
MVZ der UMR - Praxis für Laboratoriumsmedizin

Ringversuch vom 24.11.2023

Ringversuchsleiter: Dr. med. Martin Obermeier
MVZ medizinisches Infektiologiezentrum Berlin AG
Oudenarder Strasse 16
13347 Berlin
Tel.: +49 30-34409104-66
Mail: obermeier@mvz-mib.de

344 Virusimmunologie - Hepatitis-B-Virus Programm 1 (HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc)

HBsAg (qualitativ) +

Testname	Einheit	Methode	Hersteller			
ARCHITECT HBsAg II Qualitativ		Immunologischer Test (CMIA) (241)	ABBOTT (AB)			
Ergebnis (qual)	Probe	Ihre Angabe(n)	Korrekte Angabe(n)	ZW-Art		Kriterien erfüllt
	344A-231107-01	reaktiv / positiv (3)	reaktiv / positiv (3)	SW		+
	344A-231107-02	reaktiv / positiv (3)	reaktiv / positiv (3)	SW		+
	344A-231107-03	nicht-reaktiv / negativ (1)	nicht-reaktiv / negativ (1)	SW		+
	344A-231107-04	reaktiv / positiv (3)	reaktiv / positiv (3)	SW		+

HBsAg (qualitativ und Angabe in IU/ml) +

Testname	Einheit	Methode	Hersteller				
Elecsys HBsAg II Quant II	IU/ml	Immunologischer Test (ECLIA) (189)	ROCHE DIAGNOSTICS (RO)				
Ergebnis (quant)	Probe	Ihr Wert	untere Grenze	obere Grenze	ZW-Art	Zielwert	Kriterien erfüllt
	344A-231107-01	3.09	2.80	4.80	RVL	3.76	+
	344A-231107-02	7.18	5.60	9.60	RVL	7.49	+
	344A-231107-03	<0.050		<0.075	RVL	0.000	+
	344A-231107-04	1.55	1.40	2.40	RVL	1.87	+
Ergebnis (qual)	Probe	Ihre Angabe(n)	Korrekte Angabe(n)		ZW-Art		Kriterien erfüllt
	344A-231107-01	reaktiv / positiv (3)	reaktiv / positiv (3)		RVL		+
	344A-231107-02	reaktiv / positiv (3)	reaktiv / positiv (3)		RVL		+
	344A-231107-03	nicht-reaktiv / negativ (1)	nicht-reaktiv / negativ (1)		RVL		+
	344A-231107-04	reaktiv / positiv (3)	reaktiv / positiv (3)		RVL		+



HBsAg (Bestätigungstest) +

Testname	Einheit	Methode	Hersteller			
ARCHITECT HBsAg II Qualitativ Bestätigungstest		Immunologischer Test (CMIA) (241)	ABBOTT (AB)			
Ergebnis (qual)	Probe	Ihre Angabe(n)	Korrekte Angabe(n)	ZW-Art		Kriterien erfüllt
	344A-231107-01	positiv (3)	positiv (3)	SW		+
	344A-231107-02	positiv (3)	positiv (3)	SW		+
	344A-231107-03	nicht durchgeführt (98)	negativ (1), nicht durchgeführt (98)	SW		+
	344A-231107-04	positiv (3)	positiv (3)	SW		+