

Ringversuch: **SV1/17**
im Monat: **April 2017**
Teilnehmer-Nr.: **0006022**
ausgestellt am: **29.04.17**



Referenzinstitut
für Bioanalytik

Referenzinstitut für Bioanalytik

Universitätsmedizin Rostock, Institut f.
Klin. Chemie und Laboratoriumsmedizin u.
MVZ der Universitätsmed. Rostock GmbH
Praxis für Laboratoriumsmedizin
Ernst-Heydemann-Str. 6
18057 Rostock



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser
Dr. A. Kessler

Bonn, 24. Mai 2017

Teilnahmebescheinigung


Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Speicheldiagnostik teilgenommen haben.

Die von Ihnen bestimmten Messgrößen sind nachfolgend aufgeführt:

17-OH-Progesteron (2)

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

Analyt **17-OH-Progesteron**
 Methode Alle Methoden



Probe A [nmol/l]

M	Kit	N	Min	16.P	50.P	84.P	Max
Alle	20	0.037	0.224	0.646	42.1	631	
2	41	4	0.408	32.1	631		
2	49	4	0.046	0.421	166		
10	99	4	0.939	1.16	3.92		

Probe B [nmol/l]

M	Kit	N	Min	16.P	50.P	84.P	Max
Alle	20	0.010	0.094	0.224	9.78	165	
2	41	4	0.131	6.70	165		
2	49	4	0.010	0.191	126		
10	99	4	0.340	0.364	3.56		

Andere Kits (Anzahl):
 1-111(1), 2-35(2), > 2-36(1)<, 4-41(1), 10-47(1), 10-134(1), 10-135(1),

A

Teilnehmerzahl		20	
Probe/Einheit	A	nmol/l	B
Mittelwert	0.695		0.219
Standardabweichung	0.333		0.107
Variationskoeffizient	47.9		48.9

